



Stalowa Wola 26.06.2019 r.

## Wszyscy zainteresowani

Dot.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych „Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.”

Zamawiający informuje że w dniu 26.06.2019 r. wpłynęły następujące pytania:

### PYTANIE 1

**Dotyczy Załącznik nr 5 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW „Zestawienie wymagań dotyczących aparatury do rezonansu magnetycznego 3T” punkt 9.3 i 9.3.2**

Czy Zamawiający dopuści monitor 19' dla konsoli operatorskiej?

Odp. TAK

### PYTANIE 2

**Dotyczy Załącznik nr 5 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW „Zestawienie wymagań dotyczących aparatury do rezonansu magnetycznego 3T” punkt 3.9**

Czy zamawiający dopuści cewkę kolanową wyposażoną w 15 elementów pomiarowych i spełniającą pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odp. TAK



### Pytanie 3

Dotyczy Załącznik nr 5 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW „Zestawienie wymagań dotyczących aparatury do rezonansu magnetycznego 3T” punkt 5.15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu bez możliwości dokonania pauzy podczas sekwencji akwizycyjnych?

Odp. TAK

### Pytanie 4

Dotyczy Załącznik nr 5 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW „Zestawienie wymagań dotyczących aparatury do rezonansu magnetycznego 3T” punkt 6.11.8

Czy Zamawiający dopuści możliwość integracji aplikacji z konsolą lekarską?

Odp. TAK

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Instrukcji dla wykonawców i proszę je uwzględnić przy składaniu ofert.

**SANUS**  
Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 5  
37-450 STAŁOWA WOLA  
tel. 15 843 14 18  
NIP 865-255-98-61, REGON: 181076267

PREZES ZARZĄDU  
z poważaniem  
Zbigniew Gola