



Stalowa Wola 14.06.2019 r.

Wszyscy zainteresowani

Dot.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych „Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.”

Zamawiający informuje że w dniu 11.06.2019 r. wpłynęło pytanie:

Pytanie nr 1.

Dotyczy Załącznik nr 5 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW „Zestawienie wymagań dotyczących aparatury do rezonansu magnetycznego 3T”

Czy Zamawiający będzie premiował następujące cechy:

L. p.	Opis parametru	Parametr graniczny	Parametr oceniany i punktacja	Parametr oferowany
	Możliwość aktualizacji systemu do najnowszej technologii np. Technologii BioMatrix lub równoważnej wg. nomenklatury producenta posiadającej czujnik oddechowy wbudowany w cewkę kręgosłupową bądź stół pacjenta w dniu dostarczenia systemu	Tak / Nie; Jeżeli tak – podać nazwę	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	
	Długość magnesu	≤ 180 cm	≤ 165 – 5 pkt ≥ 166 – 0 pkt	

Proponowana zmiana ma na celu ochronę interesu Zamawiającego przez wyższe premiowanie cech systemu wpływających w znaczny sposób na wydajność i jakość pracy Rezonansu Magnetycznego. Parametry te mają istotne znaczenie w codziennej pracy urządzenia i wykorzystywania go w sposób efektywny w dokładnej diagnostyce pacjentów. Technologia BioMatrix pozwala na adaptację różnic anatomicznych pacjentów oraz w znaczny sposób poprawia wydajność systemu. Długość magnesu to bardzo istotny parametr, gdyż im krótszy magnes tym komfort pacjenta jest zdecydowanie lepszy.

Dlatego w interesie Zamawiającego jest wprowadzenie zasady, właściwie premiującej zaoferowane rozwiązania.

Odp.: Zamawiający nie będzie premiował

Pytanie nr 2.

Dotyczy Załącznik nr 5 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW „Zestawienie wymagań dotyczących aparatury do rezonansu magnetycznego 3T” punkty 2.1 , 4.1, 5.1

Czy Zamawiający wprowadzi punktację jak zaproponowano poniżej :

L. p.	Opis parametru	Parametr graniczny	Parametr oceniany i punktacja	Parametr oferowany
2.1.	Maksymalna amplituda gradientów we wszystkich osiach x, y, z, (równocześnie) dla pełnego obszaru badania (FOV min. 45 cm)	≥ 40 mT/m	< 45 mT/m -0 pkt ≥ 45 mT/m- 5 pkt	
4.1	Moc wyjściowa wzmacniacza	> 30 kW	< 36 kW – 0 pkt ≥ 36 kW – 5 pkt	
5.1.	Obciążenie płyty stołu pacjenta, łącznie z ruchem pionowym i, w przypadku zaoferowania odłączanego stołu (lub blatu stołu), przy odłączonym stole (lub blacie stołu) – podczas transportu pacjenta	≥ 200 kg	< 250 kg - 0 pkt ≥ 250 kg -2 pkt	

Proponowana zmiana ma na celu ochronę interesu Zamawiającego przez wyższe premiowanie maksymalnej amplitudy gradientów we wszystkich osiach x, y, z, (równocześnie) dla pełnego obszaru badania (FOV min. 45 cm) oraz wyższe premiowanie mocy wyjściowej nadajnika. Parametry te mają bardzo istotne znaczenie w codziennej pracy urządzenia i wykorzystywania go w sposób efektywny w dokładnej diagnostyce za pomocą Rezonansu Magnetycznego. Obciążenie stołu pacjenta, staje się kluczowym parametrem, gdyż w ogromnym tempie rośnie liczba osób otyłych, dlatego w interesie Zamawiającego jest wprowadzenie premiowania jak największej nośności stołu, aby zapewnić dostęp do diagnostyki wszystkim pacjentom.

Dlatego w interesie Zamawiającego jest wprowadzenie zasady, właściwie premiującej zaoferowane rozwiązania.

Odp.: Zamawiający nie wprowadzi punktacji

Pytanie nr 3.

Dotyczy Załącznik nr 5 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW „Zestawienie wymagań dotyczących aparatury do rezonansu magnetycznego 3T” punkty 2.1 , 2,2

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane przez Zamawiającego graniczne wartości maksymalnej amplitudy gradientów (co najmniej 40 mT/m) i maksymalnej szybkości narastania gradientów (co najmniej 200 mT/m/ms) dotyczą każdej z osi X, Y i Z równocześnie.

Innymi słowy prosimy o potwierdzenie, że wymagane wartości graniczne tych parametrów nie odnoszą się do tak zwanych wartości efektywnych, czyli wypadkowych po przekątnej dla sześciangu zbudowanego przez osie X, Y i Z.

Proponowana zmiana ma na celu ochronę interesu Zamawiającego przez precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia i uniknięcie ryzyka niejednoznacznych interpretacji zapisów przez oferentów.

Parametry systemu gradientowego są jednymi z najważniejszych cech kategoryzujących klasę technologiczną każdego rezonansu magnetycznego. Ważne jest zatem właściwe określenie ich definicji.

Odp.: Zgodnie z załącznikiem nr 5 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

Pytanie nr 4.

Dotyczy **INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW** Rozdział 12 pkt 12.1 „Część I – Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem rezonansu 3T” – L.p 2 **Jakość oferty**

Czy Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską i zmodyfikuje wzór jako matematyczny:

$$\frac{\text{Jakość badanej oferty}}{\text{Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów}} \times 30$$

W obecnej formie promowane jest urządzenie, które z oceny technicznej zdobywa najmniej punktów

Odp.: Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską i zmodyfikuje wzór matematyczny

Pytanie nr 5.

Dotyczy Część I, załącznik nr 5 pkt. 12.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „*Uzupełnienie helu w magnesie do 85% przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji*”?

Odp.: NIE



Pytanie nr 6.

Dotyczy Część I, załącznik nr 5 pkt. 12.13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisów na: „*Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.*”?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamy z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

Odp.: Wykonawca może zapewnić dostęp do części zamiennych rozumianych jako wymiana urządzeń IT na nowe.

Pytanie nr 7.

Dotyczy Część I

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej, deklarując wymaganą wydajność centrali wentylacyjnej na poziomie 20000 m³ na godzinę?

Odp.: Wydajność centrali ma być dostosowana do aparatu i pomieszczenia – wydajność została podana jako max

Pytanie nr 8.

Dotyczy Część I

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający sam we własnym zakresie wykona adaptację i wykona dostosowanie pomieszczeń do instalacji MR zgodnie z wytycznymi producenta, a w tym także zamontuje elementy wymaganej infrastruktury zaś od wykonawcy będzie oczekiwał jedynie dostawy tych komponentów – wymienianych w punktach 13.1 i 13.3.

Odp.: TAK.



Pytanie nr 9.

Dotyczy Część I

W punkcie 12.1 specyfikacji - tabelka techniczna, Zamawiający oczekuje dopełnienia helu do poziomu maksymalnego przed upływem gwarancji. Wykonawca zamierza dostarczyć system Rezonansu Magnetycznego najwyższej generacji pracujący w bezstratnym układzie odparowania helu. W związku z tym producent nie zaleca dolewania helu ponad ustalony poziom. Czy Zamawiający dopuści uznanie maksymalnego poziomu helu wskazanego przez producenta, czy zechce jednak wskazać swój poziom maksymalny? Jeśli tak to prosimy o określenie maksymalnego poziomu helu.

Odp.: Zamawiający dopuści uznanie maksymalnego poziomu helu wskazanego przez producenta

Pytanie nr 10.

Dotyczy Część I

W punkcie 12.9 specyfikacji - tabelka techniczna – prosimy o wskazanie miejsca instalacji MR.

Odp.: Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5 (parter)

Pytanie nr 11.

Dotyczy Część I

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona we własnym zakresie instalację elektryczną zasilania MR zgodnie z wytycznymi producenta.

Odp.: TAK.

Pytanie nr 12.

Dotyczy Część I

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona we własnym zakresie instalację elektryczną zasilania Agregatu Wody Lodowej i Centrali Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej zgodnie z wytycznymi producenta.


Odp.: TAK.

Pytanie nr 13.

Dotyczy Część I

Czy Zamawiający wykona we własnym zakresie przystosowanie drogi transportu zamawianych ciężkich komponentów wyposażenia?

Odp.: TAK w zakresie budynku.



Pytanie nr 14.

Dotyczy Część II
Tabela rtg ucyfrowiony pkt 11

Czy Zamawiający dopuści wyciąganie szuflady ze statywu i obsługę co najmniej z jednej strony o ile będzie to strona lepiej dostępna dla technika po instalacji aparatu w pomieszczeniu?

Stronę statywu wybiera się podczas realizacji po zaprezentowaniu możliwości ustawienia aparatu w pomieszczeniu.

Odp.: TAK

Pytanie nr 15.

Dotyczy Część II
Tabela rtg ucyfrowiony pkt 22

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości 80 cm? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymaganej obecnie, która w żaden sposób nie utrudnia codziennej pracy.

Odp.: TAK

Pytanie nr 16.

Dotyczy Część II
Tabela rtg ucyfrowiony pkt 32

Czy Zamawiający dopuści aparat bez wyłącznika zabezpieczającego przed przypadkowym zwolnieniem blokad ruchu blatu stołu w przypadku, gdy przyciski nożne są pionowo wkomponowane w podstawę stołu zgodnie ze zdjęciem?



Przy takiej konstrukcji istnieje bardzo mała szansa, że przełączniki te zostaną aktywowane przypadkowo np. przez schodzącego ze stołu pacjenta.

Odp.: TAK



Pytanie nr 17.

**Dotyczy Część II
Tabela rtg cyfrowy pkt 11**

Czy Zamawiający dopuści wyciąganie szuflady ze statywu i obsługę co najmniej z jednej strony o ile będzie to strona lepiej dostępna dla technika po instalacji aparatu w pomieszczeniu?

Stronę statywu wybiera się podczas realizacji po zaprezentowaniu możliwości ustawienia aparatu w pomieszczeniu.

Odp.: TAK

Pytanie nr 18.

**Dotyczy Część II
Tabela rtg cyfrowy pkt 16, 18 oraz 19**

Czy dla aparatu z mocowaniem podłogowym Zamawiający dopuści: wzdłużny ruch kolumny min. 1500 mm, zakres pionowego ruchu kołpaka 1470 mm oraz brak ruchu poprzecznego lampy?

Są to standardowe parametry dla aparatów z kolumną podłogową, które pozwalają na ergonomiczną pracę.

Odp.: TAK

Pytanie nr 19.

**Dotyczy Część II
Tabela rtg cyfrowy pkt 22**

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości 80 cm? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymaganej obecnie, która w żaden sposób nie utrudnia codziennej pracy.

Odp.: TAK

Pytanie nr 20.

Dotyczy Część II

Tabela rtg cyfrowy pkt 32

Czy Zamawiający dopuści aparat bez wyłącznika zabezpieczającego przed przypadkowym zwolnieniem blokad ruchu blatu stołu w przypadku, gdy przyciski nożne są pionowo wkomponowane w podstawę stołu? Przy takiej konstrukcji istnieje bardzo mała szansa, że przełączniki te zostaną aktywowane przypadkowo np. przez schodzącego ze stołu pacjenta.

Odp.: TAK

Pytanie nr 21.

Dotyczy Część II

Tabela rtg cyfrowy pkt 41, 42, 43, 47

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednego detektora bezprzewodowego przykładanego między stołem i statywem, z rączką ułatwiającą przenoszenie, o wielkości dużej kasety tj. o polu aktywnym 43 x 35 cm +/-1cm, o rozdzielczości 6,7 mln pikseli, i wielkości piksela 148 µm?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 22.

Dotyczy Część II

Tabela rtg cyfrowy pkt 39 i 76

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie oparte o intuicyjne ikony, menu w języku angielskim, nazwy programów anatomicznych w języku polskim, bez regulacji skali szarości na podstawie histogramu?

Odp.: TAK

Pytanie nr 23.

Dotyczy Część II

Tabela rtg cyfrowy pkt 57

Czy Zamawiający dopuści zakres miliamperosekund od 0,5 do 800 mAs? Jest to zakres parametrów, który umożliwi zrobienie wszelkiego rodzaju badań, od drobnych kości lub płuc u noworodków do kręgosłupa lędźwiowego nawet bardzo otyłych pacjentów.

Odp.: TAK



Pytanie nr 24.

**Dotyczy Część II
Tabela rtg cyfrowy pkt 72**

Czy Zamawiający dopuści obrót kolimatora +/-45°? Jest to zakres umożliwiający ustawienie dowolnej prostokątnej kolimacji.

Odp.: TAK

Pytanie nr 25.

**Dotyczy Część II
Tabela rtg cyfrowy pkt 55**

Czy Zamawiający dopuści maksymalny czas ekspozycji min 450 ms? W nowoczesnych aparatach rtg z czułymi detektorami nie ma potrzeby wykonywać dłuższych ekspozycji. Wręcz przeciwnie – celem jest zawsze wykonanie zdjęcia z jak najkrótszym czasem, aby uniknąć artefaktów ruchowych.

Odp.: TAK

Pytanie nr 26.

Dotyczy załącznika nr 6a i 6b, pozostałe wymagania pkt. 8

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą? Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp.: TAK w przypadku gdy wymagane będzie sprowadzenie części.

Pytanie nr 27.

Dotyczy załącznika nr 6a i 6b, pozostałe wymagania pkt. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisów na: „*Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.*”?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze



modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmię prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

Odp.: Wykonawca może zapewnić dostęp do części zamiennych rozumianych jako wymiana urządzeń IT na nowe.

Pytanie nr 28.

Dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy, §4 ust. 1

„1. Maksymalna wartość zobowiązania za przedmiot umowy wynosi łącznie:zł brutto, w tym:

a) zł

b) zł”

Proszę Zamawiającego o informację jakie pozycje powinny zostać wpisane w pozycji a) i b).

Odp.: Pozycje a) i b) dotyczą części zamówienia. W przypadku Wykonawcy realizującego obie części będzie istniała możliwość podpisania jednej umowy na obie części

Pytanie nr 29.

Dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy, §5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z projektu umowy w/w zapisu jako nieprecyzyjnego i trudnego do realizacji i nadzoru.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający ufa, że autoryzowany serwis zakupionych urządzeń będzie w stanie określić stan techniczny i zużycie poszczególnych części mechanicznych.

Pytanie nr 30.

Dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy, §5

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków gwarancji, wyrazi zgodę na dodanie wzoru umowy zapisu o treści: „Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:



- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne.“?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 31.

Dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy, §5

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków gwarancji, wyrazi zgodę na dodanie wzoru umowy zapisu o treści: „Wszelkie interwencje gwarancyjne skutkują wydłużeniem gwarancji o czas niesprawności urzędzenia.“?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 32.

Dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy, §7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom“?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody



Pytanie nr 33.

Dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy, §7 ust. 5 pkt. b) i c)

Prosimy o usunięcie tych kar umownych, gdyż nie odnoszą się one do czynności będących przedmiotem niniejszej umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. §7 ust. 5 pkt. b) i c) odnosi się do faktury przedmiotu umowy

Pytanie nr 34.

Dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy, §7 ust. 5 pkt. d) i e)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”?
Mając na uwadze przepisy art. 471 oraz 476 kc zwracamy uwagę, że wykonawca odpowiada za zawinione niedotrzymanie terminu, czyli za zwłokę.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35.

Dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy, §7 ust. 5 pkt. e)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„za opóźnienie w usuwaniu wad przedmiotu zamówienia Zamawiającemu należą się od Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, jaki Zamawiający wyznaczył na ich usunięcie do chwili usunięcia wad”?*

Wysokość kary proponowana przez Wykonawcę jest typowa dla kontraktów sprzedaży urządzeń medycznych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zakłada, że Wykonawca w trakcie odbioru przekazywał będzie przedmiot zamówienia bez wad.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Instrukcji dla wykonawców i proszę je uwzględnić przy składaniu ofert

SANUS
Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 5
37-450 STAŁOWA WOLA
tel. 15 843 14 18
NIP 865-255-98-61, REGON: 181076267

PREZES ZARZĄDU
poważaniem
Zbigniew Gola