



Stalowa Wola 18.06.2019 r.

Wszyscy zainteresowani

Dot.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych „Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.”

Zamawiający informuje że w dniu 18.06.2019 r. wpłynęły następujące pytania:

Pyt. 1

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania 8 i 14 z 17.06.2019 czy Zamawiający dopuści również aparat wyposażony w „Panel dotykowy umożliwiający zmianę parametrów ekspozycji przy pacjencie, tj dotykowy, czytelny panel LCD min 10” przy kołpaku z możliwością zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, wyboru miejsca pracy (stół, statyw, wolna ekspozycja), wyświetlenia kąta obrotu lampy, wyświetlenia odległości SID”? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań wprowadzonych odpowiedzią Zamawiającego.

Odp. TAK





Pyt. 2

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania nr 10 i 16 z 17.06.2019 czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony tylko w nożne przyciski do przemieszczania blatu stołu? Jest to standardowy sposób pracy przy aparatach rtg, najbardziej ergonomiczny, gdyż technik ma ręce wolne i może je wykorzystać do ułożenia lub podtrzymania pacjenta.

Odp. TAK

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Instrukcji dla wykonawców i proszę je uwzględnić przy składaniu ofert

SANUS
Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 5
37-450 STAŁOWA WOLA
tel. 15 843 14 18
NIP 865-255-98-61, REGON: 181076267

PREZES ZARZĄDU
Z poważaniem
Zbigniew Gola