

Stalowa Wola 2.09.2019 r.

## Wszyscy zainteresowani

Dot.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych „Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.”

Zamawiający informuje że w dniu 10 i 11.09.2019 r. wpłynęły pytania:

### Pytanie nr 1.

**Dotyczy Załącznik nr 5 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW „Zestawienie wymagań dotyczących aparatury do rezonansu magnetycznego 3T”**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający będzie premiował następujące cechy:

L. p.	Opis parametru	Parametr graniczny	Parametr oceniany i punktacja	Parametr oferowany
	Możliwość aktualizacji systemu do najnowszej technologii np. Technologii BioMatrix lub równoważnej wg. nomenklatury producenta posiadającej czujnik oddechowy wbudowany w cewkę kręgosłupową bądź stół pacjenta w dniu dostarczenia systemu	Tak / Nie;  Jeżeli tak – podać nazwę	Tak – 2 pkt  Nie – 0 pkt	
	Długość magnesu	≤ 180 cm	≤ 165 – 3 pkt  ≥ 166 – 0 pkt	

**Odp.: NIE**



## Pytanie nr 2.

Dotyczy Załącznik nr 5 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW „Zestawienie wymagań dotyczących aparatury do rezonansu magnetycznego 3T” punkty 2.1, 4.1, 5.1

Czy Zamawiający wprowadzi punktację jak zaproponowano poniżej :

L. p.	Opis parametru	Parametr graniczny	Parametr oceniany i punktacja	Parametr oferowany
2.1.	Maksymalna amplituda gradientów we wszystkich osiach x, y, z, (równocześnie) dla pełnego obszaru badania (FOV min. 45 cm)	$\geq 40$ mT/m	< 45 mT/m -0 pkt $\geq 45$ mT/m- 5 pkt	
4.1	Moc wyjściowa wzmacniacza	> 30 kW	< 36 kW – 0 pkt $\geq 36$ kW – 5 pkt	
5.1.	Obciążenie płyty stołu pacjenta, łącznie z ruchem pionowym i, w przypadku zaoferowania odłączanego stołu (lub blatu stołu), przy odłączonym stole (lub blacie stołu) – podczas transportu pacjenta	$\geq 200$ kg	< 250 kg - 0 pkt $\geq 250$ kg -2 pkt	

Odp.: NIE

## Pytanie nr 3.

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, pkt. 12.13

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §8 ust. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisów na: „Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.”?

Odp.: Wykonawca może zapewnić dostęp do części zamiennych rozumianych jako wymiana urządzeń IT na nowe które będą kompatybilne z urządzeniem



#### Pytanie nr 4.

##### Tabela rtg cyfrowy pkt 55

Czy Zamawiający dopuści, podobnie jak to zrobił w poprzednim postępowaniu, maksymalny czas ekspozycji min 450 ms? W nowoczesnych aparatach rtg z czułymi detektorami nie ma potrzeby wykonywać dłuższych ekspozycji. Wręcz przeciwnie – celem jest zawsze wykonanie zdjęcia z jak najkrótszym czasem, aby uniknąć artefaktów ruchowych.

Odp.: TAK

#### Pytanie nr 5.

##### Tabela rtg cyfrowy pkt 39 i 76

Czy Zamawiający dopuści, podobnie jak to zrobił w poprzednim postępowaniu, oprogramowanie oparte o intuicyjne ikony, menu w języku angielskim, nazwy programów anatomicznych w języku polskim, bez regulacji skali szarości na podstawie histogramu?

Odp.: TAK

#### Pytanie nr 6.

##### Tabela rtg cyfrowy pkt 72

Czy Zamawiający dopuści, podobnie jak to zrobił w poprzednim postępowaniu, obrót kolimatora +/- 45°? Jest to zakres umożliwiający ustawienie dowolnej prostokątnej kolimacji.

Odp.: TAK

#### Pytanie nr 7.

##### Dotyczy załącznika nr 6a i 6b, pozostałe wymagania pkt. 8

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą? Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp.: TAK



## Pytanie nr 8.

### Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego w szczególności z powodu zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń co do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający sporządzi wykaz stwierdzonych w czasie odbioru nieprawidłowości w formie pisemnej i przekaze go Wykonawcy a następnie ustali w porozumieniu z Wykonawcą termin na ich usunięcie, w którym Wykonawca na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do ich uwzględnienia w całości. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie (powyższe nie dotyczy uwag odnoszących się do nieistotnych usterek tj. usterek, które nie stoją na przeszkodzie używaniu przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem), stosownie do postanowień niniejszego paragrafu; za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego, uwzględniającego wszystkie zamieszczone przez Zamawiającego w wykazie nieprawidłowości.”?

Odp.: TAK

## Pytanie nr 9.

### Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §8 ust. 3

Czy Zamawiający zmodyfikuje w/w zapis na: „Czas przestoju wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji jakości zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.”?

Odp.: NIE

## Pytanie nr 10.

### Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §8 ust. 3

Prosimy o doprecyzowanie że zapis ten dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterek które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy.

Odp.: TAK

## Pytanie nr 11.

### Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §8 ust. 7

Czy Zamawiający dopuszcza reakcję zdalną serwisu w postaci diagnostyki z wykorzystaniem połączenia internetowego i telefonicznego?

Odp.: TAK

## Pytanie nr 12.

### Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §8 ust. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z w/w zapisu: „[...] wymiany elementów eksploatacyjnych i części o znacznym zużyciu”?

Wymiany prewencyjne i eksploatacyjne określone są przez producenta w instrukcjach przeglądowych.

Odp.: NIE

## Pytanie nr 13.

### Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „[...] z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp.: NIE

## Pytanie nr 14.

### Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z w/w punktu zapisu o treści: „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie umowy”?


Odp.: NIE

## Pytanie nr 15.

### Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §10 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w szczególnych przypadkach tj. momencie rozwiązania umowy o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0023/18-00)”?

Odp.: TAK



### Pytanie nr 16.

**Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §10 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na: „Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności opóźnień w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienależytego wykonywania umowy, dofinansowanie o którym mowa w ust. 4a nie zostanie przyznane, zostanie cofnięte lub Zamawiający zobowiązany będzie do zwrotu całości lub części dofinansowania, Wykonawca niezależnie od zastrzeżonych kar umownych o których mowa w § 9 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wartości dofinansowania lub jej nieprzynajmniej/zwróconej części.”?

Prosimy o zmianę, tak by zwrotowi podlegała nieprzyznana lub zwrócona część w przypadkach gdy sankcje nie objęły całego dofinansowania.

**Odp.: TAK**

### Pytanie nr 17.

**Załącznik nr 6b, pkt 11**

Czy Zamawiający może wskazać, która strona przy obsłudze szuflady statywu jest bardziej dostępna dla technika?

**Odp.: PRAWA PACJENTA**

### Pytanie nr 18.

**Załącznik nr 6b, pkt 17**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi wynosi 42 cm? Różnica jest niewielka i nie ma wpływu na jego funkcjonalność.


**Odp.: TAK**

### Pytanie nr 19.

**Załącznik nr 6b, pkt 27**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego najniższe położenie blatu stołu od podłogi wynosi 56,5 cm? Różnica jest niewielka i nie ma wpływu na jego funkcjonalność.

**Odp.: TAK**



### **Pytanie nr 20.**

#### **Załącznik nr 6b, pkt 28**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego odległość powierzchnia płyty stoły-kaseta wynosi 90 mm? Różnica jest niewielka i nie ma wpływu na jego funkcjonalność.

**Odp.: TAK**

### **Pytanie nr 21.**

#### **Załącznik nr 6b, pkt 29**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG wyposażony w stół pacjenta o pochłanianości blatu 1,2 mm Al.? Proponowana wartość odbiega w niewielkim stopniu od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie pracy użytkownika, a tym samym na jakość uzyskiwanych ekspozycji.

**Odp.: TAK**

### **Pytanie nr 22.**

#### **Załącznik nr 6b, pkt 48, 49, 50**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, który posiada deklarację zgodności CE na system RTG (najważniejsze komponenty takie jak kolumna, stół, statyw, generator), a oddzielną na detektor i stację akwizycyjną, z zachowaniem pełnej kompatybilności systemu? Aparat ten jest wyprodukowany przez 2 producentów: jeden jest producentem systemu RTG, a drugi – detektora i stacji akwizycyjnej, ale wszystkie elementy aparatu w tym detektory są ze sobą kompatybilne i zintegrowane przez jednego producenta.

Pragniemy zauważyć, że większość producentów wystawia deklaracje zgodności dla każdego z elementów urządzenia, który może podlegać niezależnemu obrotowi, choćby jako część zamienna. Ponadto, deklaracja zgodności konieczna jest do obrotu jakimkolwiek towarem na terenie UE. Deklaracja wystawiona dla całego urządzenia uniemożliwiłaby obrót poszczególnymi częściami. Nie wpływa to na jakość urządzenia, a nie na fakt odpowiedzialności wytwórcy na podstawie stosownych przepisów ustawy o wyrobach medycznych. Fakt wskazania dwóch przedstawicieli na terenie UE nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji czy rękojmi, a serwis pogwarancyjny realizowany jest przez jednego Wykonawcę dla całości urządzenia.

**Odp.: TAK**



### Pytanie nr 23.

#### Załącznik nr 6b, pkt 51

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG z częstotliwością generatora 30 kHz? W urządzeniach tego typu, taka wartość częstotliwości jest standardem. Jest uważana powszechnie za wystarczającą do uzyskania obrazów najwyższej jakości. Zwiększanie częstotliwości generatora znacznie powyżej 30 kHz nie przynosi dla obrazowania żadnej wymiernej korzyści i jest tylko parametrem odróżniającym poszczególne rozwiązania technologiczne.

**Odp.:** TAK

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Instrukcji dla wykonawców i proszę je uwzględnić przy składaniu ofert

PREZES ZARZĄDU  
Z poważaniem  
*Zbigniew Gola*